



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

معاونت درمان

## تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

دانشگاه نسل نو دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

شماره: ۱۴۰۰/۵/۱۳۰/۱۸۳۹۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

ساعت: ۱۵:۲۴

پیوست: ندارد

مدیر عامل محترم مجتمع آموزشی و درمانی .....

مدیر عامل محترم مرکز آموزشی درمانی .....

مدیر عامل محترم بیمارستان .....

مسئول فنی محترم بیمارستان .....

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان .....

مسئول فنی محترم درمانگاه .....

سلام علیکم

با احترام ، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۰۰/۱۴۹۳۲ د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص "عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی دستگاه هیگز"، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

دکتر نادر توکلی  
سرپرست معاونت درمان دانشگاه

رونوشت:

جناب آقای حسینی وفا مسئول محترم دبیرخانه معاونت درمان

سرکار خانم ترابیان کارشناس محترم نظارت بر درمان معاونت درمان

سرکار خانم فاطمه نجفی پورمقدم کارشناس محترم نظارت بر درمان معاونت درمان

جناب آقای کرملو کارشناس محترم نظارت بر درمان معاونت درمان

جناب آقای دکتر مظاهری کارشناس محترم نظارت بر درمان معاونت درمان

نشانی: تهران- تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و حافظ- ساختمان سابق وزارت بهداشت- طبقه چهارم- کد پستی: ۱۱۳۴۸۴۵۷۶۴

وبسایت: VCT.IUMS.AC.IR

تلفن: ۶۶۷۰۷۱۴۰

**معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....  
موضوع: عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی دستگاه هیگز - م درمان کل کشور**

**با سلام و احترام**

با توجه به استعلام های دریافتی در خصوص استفاده از دستگاه هیگز در دفاتر کار مامایی و مطب متخصصین زنان و زایمان همراه با تبلیغات و دریافت تعرفه های سنگین، به پیوست نامه شماره ۶۶۴/۸۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ مدیر کل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت واردات دستگاه مذکور و عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی بر اساس نتایج دفتر ارزیابی فناوری سلامت (HTA) وزارت متبوع جهت بهره برداری و اعمال نظارت حضورتان ارسال می گردد.

**دکتر قاسم جان بابایی**

**معاون درمان**

شماره ۵/۶۶۴/۸۱۰۹۱

تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

پیوست ندارد



جناب آقای دکتر حبیب ملک پور

رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

موضوع: عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر مامایی

سلام علیکم؛

بازگشت به نامه ۴۰۰/۲۸۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ با موضوع عدم تایید ایمنی و اثر بخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر مامایی به استحضار می رساند، واردات دستگاه های رادیوفرکانسی واژینال بانوان با حیطه کاربرد استفاده از رادیوفرکانسی واژینال جهت درمان بی اختیاری ادرار، آتروفی واژن، خشکی و دست یابی به سفت شدن کانال واژینال، جوان سازی و کلاژن ساز توسط این اداره کل ممنوع اعلام شده و در همین راستا این اداره کل مراتب فوق الذکر را جهت اطلاع کلیه ذینفعان طی خبر شماره ۳۱۰۳ مورخ هیجدهم مرداد ۱۳۹۷ در پرتال رسمی این اداره کل به نشانی [WWW.IMED.ir](http://WWW.IMED.ir) مبنی بر عدم تایید اثربخشی این روش درمانی توسط دفتر ارزیابی فناوری سلامت (HTA) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل تجهیزات منتشر نموده است.

دکتر سعیدرضا شاهمرادی  
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی